

MINIMALE MONSTERGROOTTE VOOR HETEROGENE STOFFEN

Voor materialen waarvan bekend is, of vermoed wordt dat ze een heterogene samenstelling bezitten, wordt in onderstaande tabel een richtlijn gegeven in verband met de te hanteren monsterhoeveelheden bij de monsterveroerbehandeling.

Tabel 1: Minimale monstergrootte in relatie tot de korrelgrootte tijdens de monsterveroerbehandeling

Korrelgrootte van het laboratoriummonster	Minimale monstergrootte tijdens veroerbehandeling
< 125 µm	1g
250 µm	50 g
500µm	100 g
1 mm	500 g
4 mm	2 kg
10 mm	3 kg
20 mm	5 kg