

## VLAMPUNT

### 1 DOEL EN TOEPASSINGSGBIED

Deze procedure vervangt de methode CMA/2/III/C van december 1991.

De methode is toepasbaar voor het bepalen van het vlampunt van afvalolie in een gesloten vat met het toestel van Pensky - Martens. De methode wordt gebruikt om de verontreiniging van olie door (kleine hoeveelheden) vluchtige produkten in te schatten. De methode is toepasbaar voor vloeistoffen met een vlampunt boven 40°C.

De methode zoals beschreven in ISO 2719:2002 is van toepassing.

### 2 REFERENTIE

- ISO 2719:2002 Determination of flash point – Pensky-Martens closed cup method