



Gel permeatie chromatografie (GPC) voor de zuivering van monsterextracten bij de bepaling van organische parameters



INHOUD

1 TOEPASSINGSGEBIED..... 3

2 PRINCIPE..... 3

3 APPARATUUR EN MATERIAAL 3

 3.1 APPARATUUR 3

4 REAGENTIA EN OPLOSSINGEN..... 4

5 PROCEDURE..... 4

 5.1 WERKVOORWAARDEN VAN DE GPC..... 4

 5.2 CALIBRATIE VAN DE GPC : BEPALING VAN DE ELUTIEVENSTERS 4

 5.3 FRACTIONERING VAN HET STAALEXTRACT 4

6 KWALITEITSCONTROLE 5

 CONTROLE VAN DE ELUTIEVENSTERS..... 5

1 TOEPASSINGSGEBIED

Gel permeatie chromatografie (GPC) is een scheidingstechniek die gebaseerd is op deeltjesgrootte. Deze procedure beschrijft de toepassing van GPC als zuiveringsmethode voor extracten van waterstalen ter bepaling van organische parameters. Hoogmoleculaire stoffen die dmv GPC uit het extract verwijderd kunnen worden zijn bv. vetten, natuurlijke en synthetische polymeren, harsen, proteïnes, cellulair materiaal, steroïden en moleculaire zwavel. De methode kan toegepast worden op extracten voor de meting van polycyclische aromatische koolwaterstoffen, polychloorbifenylen, matig vluchtige chloorkoolwaterstoffen en gaschromatografeerbare pesticides (zie volledige lijst in bijlage 1).

Opmerkingen

- GPC is niet geschikt voor de verwijdering van stoorpieken die bij de meting in het chromatogram interfereren met de te bepalen componenten. Wel kunnen met GPC hoogkokende stoffen verwijderd worden die anders de injectiepoort en het eerste stuk van de kolom zouden contamineren;
- endrinaldehyde gaat bij de GPC-zuivering grotendeels verloren. Voor de pesticides simazine, prometryn en cyanazine is de terugvinding aan de lage kant (60-80%).

2 PRINCIPE

De hier beschreven methode is gebaseerd op een Waters Envirogel kolom die geëluëerd wordt met dichloromethaan. Alternatieve systemen (bv. BioBeads met een solventcombinatie van cyclohexaan en ethylacetaat) zijn ook bruikbaar. Op de GPC-kolom vindt een scheiding plaats op basis van molecuulgrootte : de grotere moleculen elueren eerst, de kleinste laatst. Voor routinematige analyse wordt de GPC-kolom gekoppeld aan een injectie-automaat en een fractiecollector. De hoogmoleculaire interferenties (zoals vetten en polymeren) worden in een eerste (afval)fractie opgevangen. In de volgende (analyse)fractie worden de te analyseren componenten opgevangen, en deze fractie wordt bewaard om verder op te werken of te analyseren. Tenslotte elueert de elementaire zwavel, die in een derde (afval)fractie opgevangen wordt.

De fractiecollector dient zodanig geprogrammeerd te worden dat start- en stoptijden voor het opvangen van de analysefractie overeenkomen met het elutievenster van de te bepalen componenten. Dit elutievenster wordt vooraf bepaald en dient regelmatig gecontroleerd te worden.

3 APPARATUUR EN MATERIAAL

3.1 Apparatuur

- LC-systeem, voorzien van een auto-injector en een fractiecollector. De LC dient geschikt te zijn voor het gebruik van dichloormethaan als eluens. De injector moet geschikt zijn voor een injectievolume van minstens 2 ml. Optioneel is de LC uitgerust met een UV-detector.
- Waters Envirogel kolommen met respectievelijke dimensies 19x150mm en 19x300mm. Deze worden in serie gekoppeld en functioneren als 1 kolom van

450 mm lengte. De kolommen worden gemonteerd volgens de handleiding van de fabrikant.

- Monsterflesjes voor de auto-injector
- Opvangvials voor de fractiecollector
- Eenheid voor indampen onder stikstofstroom met regelbaar debiet

4 REAGENTIA EN OPLOSSINGEN

- Dichloormethaan: residuanalyse
- Standaardoplossingen in dichloormethaan van PAK, PCB, gaschromatografeerbare pesticiden en matig vluchtige koolwaterstoffen voor de bepaling van de elutievensters.

5 PROCEDURE

5.1 Werkvoorwaarden van de GPC

- Eluens : dichloormethaan
- Debiet : 4 ml/min
- Injectievolume : 2 ml

5.2 Calibratie van de GPC : bepaling van de elutievensters

Voor de bepaling van de elutievensters wordt een standaard in dichloormethaan op de GPC geïnjecteerd. De standaard bevat alle componenten waarvoor het elutievenster bepaald dient te worden. Het eluaat wordt opgevangen in een aantal opeenvolgende fracties, elk overeenkomend met 1.5 minuten elutietijd (of 6 ml eluensvolume). Alle fracties worden ingedampt tot 1 ml en na additie van interne standaard geanalyseerd met GC/MS (voor de keuze van interne standaarden en de GC/MS meetcondities wordt verwezen naar de respectievelijke WAC-procedures). De concentratie van elke component in elke fractie wordt procentueel uitgedrukt tov het totaal van alle fracties. In bijlage 2 is een typische fractieverdeling weergegeven. Daaruit valt o.a. af te leiden dat de gaschromatografeerbare pesticiden onder de gegeven condities elueren 14.5 tot 23.5 min, de PAK van 19 tot 25 min, de PCB van 19 tot 22 min, en de overige matig vluchtige chloorkoolwaterstoffen van 19 tot 23.5 min.

5.3 Fractionering van het staaextract

Indien nodig wordt het extract eerst omgezet naar dichloormethaan. Dit is noodzakelijk omdat de GPC-kolom beschadigd kan raken door andere solventen (bv. hexaan). Het extract wordt daarbij op een volume van ongeveer 2.2 ml gebracht, zodat de autosampler 2 ml kan afnemen voor de injectie. Programmeer de fractiecollector zodanig dat de fractie die de te bepalen componenten bevat opgevangen wordt. In geval de zuivering moet dienen voor de bepaling van PAK zal men bij de stalen dus typisch de fractie 19 tot 25 min opvangen.

-

6 KWALITEITSCONTROLE

Controle van de elutievensters

Op regelmatige basis (afhankelijk van het gebruik, in routine bv. éénmaal per week) worden de retentietijden op de GPC-kolom gecontroleerd. Dit kan gebeuren door een volledige hercalibratie zoals beschreven onder 5.2. Alternatief (bij frequent gebruik) kan de retentietijd van een UV-detecteerbare component (bv. anthraceen) gemeten worden aan de hand van de UV-detector. Deze retentietijd mag niet meer dan 5% verschuiven tov de initiële calibratie, zoniet dient een hercalibratie uitgevoerd te worden zoals beschreven onder 5.2.

BIJLAGE 1: Lijst van componenten die geschikt zijn voor GPC-zuivering*Polycyclische aromatische koolwaterstoffen*

naftaleen
acenaftyleen
acenaftteen
fluoreen
fenantreen
anthraceen
fluorantheen
pyreen
benz(a)anthraceen
chryseen
benzo(b)fluorantheen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
indeno(1,2,3,cd)pyreen
dibenzo(a,h)anthraceen
benzo(g,h,i)peryleen

Polychloorbifenylen

2,4,4'-trichloorbifenyyl (PCB 28)
2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (PCB 52)
2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (PCB 101)
2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (PCB 118)
2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (PCB 138)
2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (PCB 153)
2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl (PCB 180)

Matig vluchtige chloorkoolwaterstoffen

1,2,3-trichloorbenzeen
1,2,4-trichloorbenzeen
1,3,5-trichloorbenzeen
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen
1,2,4,5-tetrachloorbenzeen
1,2,3,5-tetrachloorbenzeen
pentachloorbenzeen
hexachloorbenzeen
hexachloorethaan
hexachloorbutadien
1-chloornaftaleen
2-chloornaftaleen

BIJLAGE 1: vervolg*Gaschromatografeerbare pesticides*

2,3,5,6-tetrachloornitrobenzeen (TCNB)
trifluralin
alfa-BHC
hexachloorbenzeen
gamma-BHC
pentachloornitrobenzeen (PCNB)
beta-BHC
delta-BHC
heptachloor
aldrin
telodrin
isodrin
heptachloorepoxide
o,p'-DDE
gamma-chloordaan
alfa-chloordaan
alfa-endosulfaan
p,p'-DDE
dieldrin
o,p'-DDD
endrin
o,p'-DDT
p,p'-DDD
beta-endosulfaan
p,p'-DDT
endosulfansulfaat
methoxychlor
dichlorvos
mevinphos
ethoprophos
demeton
dimethoat
diazinon
methyl-parathion
malathion
fenitrothion
chlorfenvinphos
methidathion
triazophos
azinphos-methyl
azinphos-ethyl
coumafos

BIJLAGE 1: vervolg

terbufos
fonofos
disulfoton
chlorpyrifos-methyl
pirimiphos-methyl
chlorpyrifos
parathion-ethyl
fenthion
bromophos-methyl
bromophos-ethyl
desethylatrazine
desethyl-terbutylazine
simazine
propazine
atrazine
terbutylazine
sebutylazine
prometryn
terbutryn
cyanazine
hexazinon

BIJLAGE 2: Typische fractieverdeling van de gaschromatografeerbare pesticides

Component	Fractie van (min) tot (min)	Fractieverdeling (totaal van de fracties = 100)															
		13	14,5	14,5	16	17,5	17,5	19	20,5	20,5	22	23,5	23,5	25	26,5	26,5	28
oxydemeton-methyl			14,5	17,5	4,5	2,1											
dichloorvos			16	17,5	73,3	26,6											
methamidophos					0,1	99,2	0,7										
mevinphos			53,2	46,8													
omethoaat			18,1	81,8		0,1	100,0										
2,3,5,6-TCNB																	
ethoprophos			0,1	99,8		0,1											
trifluralin			30,3	69,7													
desisopropylatrazine						13,0	80,5	2,6		3,0	0,7						
desethylatrazine						87,5	10,2	1,7		0,4	0,1						
desethyl-terbutylazine						96,3	2,7	0,8		0,2	0,1						
demeton			61,1	38,9		1,5	98,4	0,1		0,1							
alfa-BHC							0,1	3,9		95,7	0,2						
hexachloorbenzeen																	
dimethoaat						99,9											
propazine						18,0	0,9	0,6		0,2							
simazine						0,1	2,2	1,7		0,7							
atrazine						0,6	1,2	1,2									
propetamphos			64,5	35,5													
terbufos			6,9	93,1													
diazinon			16,1	83,9													
terbutylazine						85,5	0,7	0,4		0,1							
fonofos						53,0	0,1										
gamma-BHC						0,6	98,9	0,5									

BIJLAGE 2: vervolg

Component	Fractie van (min) tot (min)	Fractieverdeling (totaal van de fracties = 100)													
		13	14,5	16	17,5	19	20,5	22	23,5	25	26,5	28			
PCNB		14,5	16	17,5	19	20,5	22	23,5	25	26,5	28				
disulfoton			2,2	97,7	0,2	0,0	75,0								
sebutylazine				3,6	94,1	0,9	1,0	0,3	0,1						
beta-BHC							39,6	60,2	0,2						
chloorpyrifos-methyl				5,2	94,7	0,1	99,4	0,5							
prometryn				0,0	0,0	0,0									
delta-BHC				0,1	1,4	98,5									
heptachloor				99,9	0,1										
methyl-parathion				89,5	10,5										
pirimiphos-methyl															
terbutryn															
malathion			98,6	1,4											
fenitrohon			0,7	99,3	0,1										
aldrin				3,1	0,7	94,4	1,7	0,1							
chlorpyrifos				86,3	13,7										
fenthion				90,1	9,8										
triadimefon			22,7	77,0	0,2	0,1									
parathion-ethyl			33,2	66,8											
telodrin					54,4	45,5	0,1								
cyanazine			0,8	98,3	0,4	0,4									
bromophos-methyl				1,6	98,2	0,2									
isodrin					0,0	98,3	1,7								
chloorfenvinphos				88,0											
heptachloorepoxide_B			12,0	0,3	81,8	17,6	0,2	0,1							

BIJLAGE 2: vervolg

Component	Fractie van (min) tot (min)	Fractieverdeling (totaal van de fracties = 100)																									
		13	14,5	16	14,5	16	17,5	16	17,5	17,5	19	20,5	19	20,5	20,5	22	23,5	22	23,5	23,5	25	26,5	25	26,5	26,5	28	
bromophos-ethyl																											
o,p'-DDE																											
methidathion																											
gamma-chloordaan																											
alfa-chloordaan																											
alfa-endosulfaan																											
p,p'-DDE																											
dieldrin																											
o,p'-DDD																											
endrin																											
o,p'-DDT																											
p,p'-DDD																											
beta-endosulfaan																											
triazopfos																											
endrin-aldehyde																											
p,p'-DDT																											
hexazonon																											
endosulfansulfaat																											
methoxychlor																											
endrin-keton																											
phosalone																											
azinphos-methyl																											
azinphos-ethyl																											
coumaphos																											

BIJLAGE 3: Typische fractieverdeling van de PCB en matig vluchtige chloorkoolwaterstoffen

Component	Fractie van (min) tot (min)	Fractieverdeling (totaal van de fracties = 100)														
		13	14,5	16	17,5	19	20,5	22	23,5	25	26,5	28				
1,3,5-trichloorbenzeen							32,0	67,0	1,0							
1,2,4-trichloorbenzeen							28,1	70,1	1,8							
1,2,3-trichloorbenzeen							26,2	72,4	1,4							
hexachloor-1,3-butadieen							99,2	0,8								
1,2,3,5-tetrachloorbenzeen							28,6	70,4	0,9					0,1		
1,2,4,5-tetrachloorbenzeen							34,6	64,2	1,0					0,2		
1,2,3,4-tetrachloorbenzeen							17,6	81,6	0,6					0,1		
2+1-chloornaftaleen							57,3	42,1	0,4					0,1		0,04
pentachloorbenzeen							18,3	81,5	0,2							
hexachloorbenzeen							6,5	93,2	0,4							
PCB-28							34,9	0,6		64,5						
PCB-52							21,8			78,2						
PCB-101							26,1	0,9		73,0						
PCB-118							45,7	1,0		52,5						
PCB-138							18,3			79,8						
PCB-153							22,1			74,8						
PCB-180							45,8			54,2						

BIJLAGE 4: Typische fractieverdeling van de PAK

Component	Fractie van (min) tot (min)	Fractieverdeling (totaal van de fracties = 100)												
		13	14,5	16	17,5	19	20,5	22	23,5	25	26,5	28		
naftaleen		14,5	16	17,5	19	20,5	22	23,5	25	26,5	28			
acenaftyleen						90,1	9,9							
acenafteen						85,6	14,2		0,2				0,0	
fluoreen						96,9	3,1							
fenanthreen					34,0	65,8	0,2							
anthraceen					0,1	95,5	4,2		0,2					
fluoranthreen						96,2	3,7		0,1					
pyreëen						97,0	2,9		0,2					
benzo(a)anthraceen						6,0	93,3		0,4			0,2		
chryseëen					0,2	99,1	0,6		0,1					
benzo(b)fluoranthreen						96,0	4,0							
benzo(k)fluoranthreen						97,3	2,7							
benzo(a)pyreëen					0,1	98,7	1,1		0,1					
indeno(1,2,3,c,d)pyreëen						1,3	98,3		0,4					
dibenzo(a,h)anthraceen					0,2	27,6	71,8		0,3			0,1		
benzo(g,h,i)peryleen					0,6	96,4	2,8		0,2					
							13,1		86,5			0,3		

≈WAC≈

Compendium voor analyse van water