

## Bepaling van opgelost chroom VI in water door ionenchromatografie

## 1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze methode beschrijft de bepaling van chroom VI in water zoals grond- en afvalwater, na ionchromatografische scheiding. Hierbij onderscheidt men 2 methoden:

- Rechtstreekse meting met UV-detectie bij 365 nm (ISO 10304-3:1997 Water quality – Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions – Part 3: Determination of chromate, iodide, sulfite, thiocyanate and thiosulfate).
- Colorimetrische meting met 1,5 diphenylcarbazine bij 530 nm (EPA 218.6:1996 Determination of dissolved hexavalent chromium in drinking water, groundwater and industrial waste water effluents by ion chromatography).


De colorimetrische methode is gevoeliger dan de rechtstreekse methode. De selectie van de methode wordt bijgevolg bepaald door de gevraagde rapporteer-/bepalingsgrens.

Opmerking: Bij toepassing van de rechtstreekse methode (zonder IC scheiding) conform ISO 11083:1994 zijn verschillende interferenties mogelijk. Bij aanwezigheid van oxiderende en/of reducerende bestanddelen dient de in de norm beschreven voorbehandelingsprocedure gevolgd te worden.

In onderstaande procedure is de colorimetrische meting met 1,5 diphenylcarbazine (na ionchromatografische scheiding) beschreven. Deze procedure is gebaseerd op EPA 218.6.

## 2 PRINCIPE

Aan het monster wordt een bufferoplossing (tot pH 9-9.5) toegevoegd. Na filtratie wordt een bepaald volume in de ionenchromatograaf geïnjecteerd en wordt Cr VI als  $\text{CrO}_4^{2-}$  gescheiden m.b.v. een analytische scheidingskolom. Opgelost hexavalent chroom wordt vervolgens colorimetrisch bepaald met 1,5 diphenylcarbazine in zuur milieu. Chroom (VI) oxideert 1,5 diphenylcarbazine tot 1,5 diphenylcarbazon dat met chroom een rood-violet gekleurd complex vormt.



Met

$\text{H}_4\text{L}$  = diphenylcarbazine

$\text{H}_2\text{L}$  = diphenylcarbazon

De gemeten absorpties staan in correlatie met de Cr(VI) concentratie en worden bij een golflengte van 530 nm gemeten.

## 3 MONSTERVEROORBEHANDELING

Voor de conservering en behandeling van watermonsters wordt verwezen naar WAC/I/A/010.

## 4 OPMERKINGEN

- Overbelasting van de kolom door anionen, voornamelijk Cl en SO<sub>4</sub> veroorzaakt een vermindering van het Cr (VI) gehalte. Typische kenmerken van een overbeladen kolom zijn piekvervorming (tailing) en rendement verliezen bij additie.

## 5 APPARATUUR EN MATERIAAL

### 5.1 APPARATUUR

Ionenchromatografisch systeem bestaande uit:

- 5.1.1 Reservoir voor het eluens
- 5.1.2 Pompsysteem
- 5.1.3 Geautomatiseerd injectiesysteem (injectievolume is afhankelijk van de concentratie aan Cr(VI) en de gevoeligheid van de detector)
- 5.1.4 Beschermingskolom (optioneel): deze kolom bevat een product dat sterk absorberende organische stoffen en deeltjes verwijderd welke de scheidingskolom kunnen beschadigen.
- 5.1.5 Voorkolom: deze kolom bevat hetzelfde hars als de analytische scheidingskolom en wordt eveneens aangewend om storende componenten te elimineren (bescherming analytische scheidingskolom).
- 5.1.6 Scheidingskolom: met de vereiste karakteristieken. De scheidingskolom dient zodanig geselecteerd te worden dat voor Cr(VI) een goede scheiding wordt bekomen.
- 5.1.7 Reservoir voor het kleurreagens
- 5.1.8 Pomp met reactorcoil (kleurreagens)
- 5.1.9 Spectrofotometer geschikt voor het uitvoeren van metingen bij een golflengte van 530 nm

Het flowdiagram van het ionchromatografisch systeem wordt weergegeven in figuur 1.



BK = beschermingskolom (optioneel)

VK = voorkolom

SK = scheidingskolom

Figuur 1 : Schematische voorstelling van het ionchromatografisch systeem

### 5.2 MATERIAAL

- 5.2.1 Maatkolven en maatcilinders
- 5.2.2 Automatische pipetten
- 5.2.3 Donkere glazen flessen
- 5.2.4 Filtreeropstelling met membraanfilters van 0,45 µm of membraanfilter caps van 0,45 µm
- 5.2.5 Polypropyleen flessen

## 6 REAGENTIA EN OPLOSSINGEN

Andere reagentia en/of concentraties kunnen worden gebruikt mits deze voldoen voor deze toepassing.

### 6.1 REAGENTIA

6.1.1 Ultra puur water: (elektrische geleidbaarheid kleiner dan  $0,1 \text{ mS m}^{-1}$ , equivalent met een weerstand groter dan  $0,01 \text{ M}\Omega \text{ m}$  bij  $25^\circ\text{C}$ ). Het wordt aangeraden water te gebruiken van een water zuiveringssysteem dat ultra puur water levert met een weerstand groter dan  $0,18 \text{ M}\Omega \text{ m}$  (doorgaans door leveranciers uitgedrukt als  $18 \text{ M}\Omega \text{ cm}$ ).

Alle gebruikte reagentia hebben een "pro analyse (p.a.)" zuiverheidsgraad.

- 6.1.2 Ammoniumsulfaat  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
- 6.1.3 Zwavelzuur : 95-96 %
- 6.1.4 Ammoniumhydroxyde  $\text{NH}_4\text{OH}$  25 % (d = 0,91 kg/l)
- 6.1.5 1,5 diphenylcarbazine  $\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{N}_4\text{O}$  (DPC)
- 6.1.6  $\text{Na}_2\text{CrO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
- 6.1.7 Methanol (HPLC)

### 6.2 OPLOSSINGEN

- 6.2.1 Cr (VI) stockstandaard oplossing: Los  $4,501 \text{ g Na}_2\text{CrO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  op in een maatkolf (1 L) en leng aan tot maatstreep. Breng over in een polypropyleen fles.
- 6.2.2 Reagentiablanc : Breng ultra puur water tot een pH van 9-9,5 met hetzelfde volume aan buffer als de stalen.
- 6.2.3 Onafhankelijke kwaliteitscontrole standaard
- 6.2.4 Eluens: Los  $33 \text{ g ammoniumsulfaat}$  op in  $500 \text{ ml}$  ultra puur water en voeg  $6,5 \text{ ml}$  ammoniumhydroxide toe. Leng aan tot  $1000 \text{ ml}$  met ultra puur water.
- 6.2.5 Kleurreagens: Los  $0,5 \text{ g}$   $1,5$  diphenylcarbazine op in  $100 \text{ ml}$  methanol. Voeg ongeveer  $500 \text{ ml}$  ultra puur water toe. Breng daarna onder roeren voorzichtig  $28 \text{ ml}$  zwavelzuur bij de waterige oplossing. Leng na afkoelen aan tot  $1000 \text{ ml}$  met ultra puur water. Dit kleurreagens is stabiel voor 4 tot 5 dagen, maar wordt bij voorkeur steeds vers aangemaakt.
- 6.2.6 Bufferoplossing: Los  $33 \text{ g ammoniumsulfaat}$  op in  $75 \text{ ml}$  ultra puur water en voeg  $6,5 \text{ ml}$  ammoniumhydroxide toe. Leng aan tot  $100 \text{ ml}$  met ultra puur water.

## 7 PROCEDURE

### 7.1 MONSTERVOORBEREIDING

Voor analyse of verdunning wordt het monster goed gehomogeniseerd. Voeg bufferoplossing toe tot pH 9-9.5. Filtreer over een filter van  $0,45 \mu\text{m}$ .

## 7.2 METEN

Voor de praktische werking van het ionenchromatografiesysteem wordt verwezen naar de richtlijnen van de producent.

Een kalibratielijns voor Cr(VI) wordt opgesteld m.b.v. minstens 5 kalibratie oplossingen in het relevante meetgebied. Vanuit de Cr(VI) stockoplossing worden de kalibratie oplossingen met toevoeging van bufferoplossing (tot pH 9-9.5) aangemaakt.

Opmerking: De kalibratieoplossingen en de te analyseren monsters worden in een vergelijkbare matrix aangemaakt.

Na het opstellen van de kalibratielijns kunnen de voorbehandelde monsters gemeten worden.

## 8 BEREKENING

Het gehalte van Cr (VI) in de monsteroplossing, uitgedrukt in  $\mu\text{g/l}$ , wordt aan de hand van de bekomen piekoppervlakten/peikhogten berekend.

Bij de berekening dient men de aangebrachte verdunning in rekening te brengen.

## 9 KWALITEITSCONTROLE

Een onafhankelijke kwaliteitscontrole standaard en een blanco moeten worden meegenomen bij elke meetreeks.

## 10 REFERENTIES

- EPA 218.6:1996 Determination of dissolved hexavalent chromium in drinking water, groundwater and industrial waste water effluents by ion chromatography.
- ISO 10304-3:1997 Water quality – Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions – Part 3: Determination of chromate, iodide, sulfite, thiocyanate and thiosulfate.
- ISO 11083:1994 Water quality – Determination of chromium(VI) – Spectrometric method using 1,5 diphenylcarbazide.
- EPA 218.7:2011 Determination of hexavalent chromium in drinking water by ion chromatography with post-column derivatization and UV-Visible detection.