

## Bepaling van pesticiden in water met GC-MS

---

**INHOUD**

<b>1</b>	<b>Toepassingsgebied</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Principe</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Apparatuur en materiaal</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Reagentia en standaarden</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Monsterbewaring</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Extractie</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Zuivering</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>GC-MS analyse</b>	<b>7</b>
8.1	<i>Meting</i>	7
8.2	<i>Identificatie en integratie</i>	7
8.3	<i>Kalibratie</i>	8
8.4	<i>Gehalte van de pesticiden in het watermonster</i>	9
<b>9</b>	<b>KwaliteitsControle</b>	<b>10</b>
9.1	<i>Responslineariteit</i>	10
9.2	<i>Chromatografische scheiding</i>	10
9.3	<i>Instrumentele detectielimieten</i>	10
9.4	<i>Bepalingsgrenzen</i>	10
9.5	<i>Procedureblanco</i>	11
9.6	<i>Terugvinding van de interne standaard</i>	11
9.7	<i>Controlemonster</i>	12
9.8	<i>Duplobepaling</i>	12
<b>10</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>12</b>
<b>11</b>	<b>Referenties</b>	<b>12</b>
	<b>BIJLAGE A : Typische PTV-GC-MS instellingen</b>	<b>13</b>
	<b>BIJLAGE B : Typische ionen voor kwantificering en confirmatie</b>	<b>14</b>
	<b>BIJLAGE C : Typische bepalinggrenzen in grondwater (ng/l)</b>	<b>16</b>

## 1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze procedure **vervangt procedure WAC/IV/A/028 van januari 2013 en** beschrijft een methode voor de extractie, zuivering en analyse van gaschromatografeerbare pesticiden in water. De methode is toepasbaar op drinkwater, grondwater, oppervlaktewater en afvalwater. De bepalingsgrenzen zijn voor de meeste pesticiden lager dan 25 ng/l. Onderstaande tabel toont de verbindingen waarop de methode van toepassing is. Voor de componenten gemerkt met een \* is de bepaling minder reproduceerbaar, de bekomen gehalten dienen als indicatief beschouwd te worden.

### *Organochloorpesticiden*

- 2,3,5,6-tetrachloornitrobenzeen (TCNB)
- alfa-hexachloorcyclohexaan (alfa-HCH)
- gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH)
- pentachloornitrobenzeen (PCNB)
- beta-hexachloorcyclohexaan (beta-HCH)
- delta-hexachloorcyclohexaan (delta-HCH)
- heptachloor
- aldrin
- telodrin
- isodrin
- heptachloorepoxide
- o,p'-DDE
- trans-chloordaan
- cis-chloordaan
- alfa-endosulfaan
- p,p'-DDE
- dieldrin
- o,p'-DDD
- endrin
- o,p'-DDT
- p,p'-DDD
- beta-endosulfaan
- p,p'-DDT
- endosulfansulfaat
- **p,p'**-methoxychloor

### *Organofosforpesticiden*

- dichlorvos
- mevinphos\*
- ethoprophos
- dimethoat
- diazinon
- parathion-methyl
- malathion
- fenitrothion
- chlofenvinphos
- methidathion
- azinphos-methyl\*
- azinphos-ethyl

- terbufos\*
- fonofos
- chlorpyrifos-methyl
- pirimiphos-methyl
- chlorpyrifos
- parathion-ethyl
- fenthion
- bromophos-methyl
- bromophos-ethyl

#### *Triazines*

- desethylatrazine
- simazine
- propazine
- atrazine
- terbutylazine
- sebutylazine
- prometryn
- terbutryn
- cyanazine
- hexazinon

#### *Andere/bijkomende*

- desethylterbutylazine
- trifluralin\*
- cumafos\*
- demeton\*
- triazophos
- hexachloorbenzeen
- chlorprofam
- ethofumesate

#### Opmerkingen :

- Sommige van bovenstaande pesticiden zijn ook bepaalbaar met LC en kunnen desgewenst met LC geanalyseerd worden i.p.v. GC (voor de toestelinstellingen wordt verwezen naar WAC/IV/A/027).
- De methode kan uitgebreid worden met andere gaschromatografeerbare pesticiden (bv. alachlor, dichlobenil...)

## 2 PRINCIPE

Aan het waterstaal wordt een gekende hoeveelheid isotoop gemerkte interne standaard toegevoegd. Het waterstaal worden vervolgens vloeistof/vloeistof geëxtraheerd met dichloormethaan. Het extract wordt ingedampt (solventwissel naar hexaan) en 50 µl wordt geïnjecteerd in een gaschromatograaf met massaspectrometrische detector (GC/MS). Het gehalte van de verschillende pesticiden wordt berekend met de interne standaard methode. Extracten die teveel interferenties bevatten worden gezuiverd over alumina (dit is meestal noodzakelijk in het geval van afvalwater).

#### Opmerking :

de extractie kan ook gebeuren d.m.v. vaste fase extractie (SPE).

### 3 APPARATUUR EN MATERIAAL

- Gebruikelijk laboratoriumglaswerk
- Injectiespuiten van 50 en 100 µl
- Glazen monsterflesjes (bv. 1.5 ml)
- Glazen chromatografische kolommen, i.d. 10-15 mm, met gefritteerde basis en teflonkraan
- Analytische balans met een afleesnauwkeurigheid van 0.1 mg
- Bovenweger met een afleesnauwkeurigheid van 0.01 g
- Eenheid voor indampen onder stikstofstroom met regelbaar debiet
- GC-MS bestaande uit:
  - o een gaschromatograaf voorzien van een groot-volume injectiesysteem. De parameterinstellingen die in deze methode beschreven worden gelden voor een PTV (Programmable Temperature Evaporator) van Thermo Electron en dienen enkel als voorbeeld; ook andere groot-volume injectoren kunnen na optimalisatie toegepast worden;
  - o een massaspectrometrische detector
  - o een datastation voor de instelling van de instrumentele settings, de data-acquisitie en de data-analyse
- GC-kolom: een apolaire kolom, bv. JW DB-XLB, 30 meter lengte, 0.25 mm interne diameter, 0.25 µm filmdikte.

### 4 REAGENTIA EN STANDAARDEN

- Dichloormethaan: p.a.
- n-Hexaan : p.a.
- Water: zuiver drinkwater, bv. Spa blauw
- Natriumsulfaat (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>): poeder, watervrij
- Aluminiumoxide : activeer basische aluminiumoxide gedurende 16 u bij 150°C; laat vervolgens afkoelen in een exsiccator en voeg per 90 g aluminiumoxide 10 g water toe; schud tot alle klonters verdwenen zijn en laat voor gebruik gedurende tenminste 16 u conditioneren in een van de lucht afgesloten vat
- Stockstandaarden van natieve pesticiden: vaste en vloeibare producten van diverse leveranciers; ook commercieel verkrijgbare mixen kunnen gebruikt worden
- Interne standaard stockoplossingen : individuele oplossingen van 13C-p,p'-DDE en 13C-PCB-101, bereid uit zuivere producten of aangekochte oplossingen. Alle pesticiden worden berekend tov 1 interne standaard, namelijk 13C-p,p'-DDE. In geval 13C-p,p'-DDE geïnterfereerd is wordt 13C-PCB-101 gebruikt als interne standaard.
- Recoverystandaard additieoplossing : bevat 1 mg/l dibromobifenyyl in hexaan
- Kalibratieoplossing : uitgaande van de stockoplossingen wordt een kalibratieoplossing aangemaakt in hexaan die ongeveer 10 tot 50 µg/l per pesticide bevat, 50 µg/l 13C-p,p'-DDE en 13C-PCB-101, en 50 µg/l dibromobifenyyl
- Interne standaard doeringsoplossing voor additie aan stalen : deze oplossing bevat 1 mg/l 13C-DDE en 13C-PCB-101 in isopropanol

## 5 MONSTERBEWARING

Voor de monsterconservering en –bewaring wordt verwezen naar WAC/I/A/010.

## 6 EXTRACTIE

Het watermonster wordt gehomogeniseerd door opschudden en hiervan wordt 200 ml (voor drinkwater : 400 ml) in een scheidrecter gebracht. Aan dit deelmonster wordt 50 µl van de doperingsoplossing interne standaard toegevoegd (dit komt overeen met 50 ng 13C-p,p'-DDE). Voeg 20 ml dichloormethaan toe en schud het geheel krachtig gedurende ca 3 min. Laat de organische fase af over een filter gevuld met Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> en herneem de spoel- en extractiestap tweemaal. Damp de verzamelde extracten in onder een stikstofstroom tot een eindvolume van 1 ml. Voer een solventwissel uit naar n-hexaan (indien de kalibratiestandaarden in hexaan aangemaakt werden) en analyseer met GC/MS.

Opmerkingen :

- Indien een zuivering over alumina uitgevoerd wordt dan is de solventwissel naar n-hexaan overbodig (de aluminakolom wordt geëluëerd met dichloormethaan)
- De houdbaarheid van preparaten, bij bewaring in de koelkast, bedraagt 2 weken
- Als alternatief voor de vloeistof-vloeistof extractie kan ook vaste fase extractie (offline of online met de meetapparatuur) aangewend worden (bv. gebruikmakend van een generische fase zoals Oasis HLB en ethylacetaat als elutiesolvent). Voeg aan het watermonster minstens 5 % methanol of isopropanol toe voorafgaand aan de deelmonsterneming om verlies door adsorptie aan glaswand en gesuspenderde deeltjes te voorkomen.

## 7 ZUIVERING

De onderstaande zuivering is in de regel enkel nodig voor extracten van afvalwaterstalen.

Bereid een adsorptiekolom door op de gefritteerde basis van een chromatografiekolom achtereenvolgens 2 g gedeactiveerde alumina en 1 cm Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> te brengen. Spoel de kolom voor met 10 ml dichloormethaan. Breng vervolgens het ingedampde extract op de kolom en laat de vloeistof in de kolom dringen tot de vloeistofspiegel het oppervlak van de kolomvulling heeft bereikt. Elueer met 12 ml dichloormethaan en vang het eluaat op. Het eluaat wordt door voorzichtig afblazen met stikstof geconcentreerd tot 1 ml waarbij een solventwissel naar n-hexaan uitgevoerd wordt. Aan dit eindextract wordt 50 µl van de recoverystandaardoplossing (1 mg/l dibromobifenyl in hexaan) toegevoegd.

Opmerking :

de volgende pesticiden worden na de aluminazuivering niet meer teruggevonden: dichlorvos, mevinfos, dimethoat, malathion, chlofenvinphos, cumafos, desethylatrazine, desethylterbutylazine, cyanazine en hexazinon.

## 8 GC-MS ANALYSE

### 8.1 METING

Van de monsterextracten wordt 50 µl in de GC-MS geïnjecteerd. De analyse wordt in SIM of in full scan uitgevoerd. Typische PTV-GC-MS instellingen zijn gegeven in bijlage 1. De ionen voor kwantificering en confirmatie alsook de retentietijden bekomen met de typische instellingen zijn weergegeven in bijlage 2.

### 8.2 IDENTIFICATIE EN INTEGRATIE

De aanwezigheid van de pesticiden in de monsters wordt bevestigd op basis van de onderstaande gegevens en criteria:

- de retentietijd van de piek in de ionenchromatogrammen van het staal ligt binnen een tolerantie van 0.08 min, in vergelijking met de retentietijd van het pesticide in de ionenchromatogrammen van de kalibratieoplossing
- Full scan : het volledige massaspectrum van de piek (gecorrigeerd voor de achtergrond) komt overeen met het massaspectrum van het pesticide bekomen in de kalibratieoplossing. Alle diagnostische ionen die in het referentiespectrum van de kalibratieoplossing gemeten worden (molecuulion, karakteristieke adducten van het molecuulion, karakteristieke fragmentionen en isotoopionen) en die een relatieve intensiteit van meer dan 10% hebben, moeten aanwezig zijn. Er moeten tenminste 4 ionen aanwezig zijn met een relatieve intensiteit van meer dan 10% van de hoofdpijk. Het molecuulion moet worden meegenomen wanneer het in het referentiespectrum een relatieve intensiteit heeft van meer dan 10%. Er moeten tenminste 4 ionen binnen de maximaal toegestane marges voor relatieve ionenintensiteiten liggen (zie onderstaande tabel). Er mag gebruik gemaakt worden van computerondersteunde library searching. In dat geval moet de vergelijking tussen de massaspectrometrische gegevens van de analysemonsters en die van de kalibratieoplossing boven een bepaalde kritische matchfactor liggen (vast te leggen tijdens de validatie).
- SIM : typische ionen zijn weergegeven in bijlage 2; de signaal/ruis-verhouding van elk ion dient groter of gelijk te zijn aan 3.
- SIM en Full scan : de relatieve intensiteiten van de gedetecteerde ionen, uitgedrukt als percentage van het ion met de hoogste intensiteit, moeten overeenkomen met de intensiteiten van de kalibratieoplossing, binnen onderstaande marges :

Relatieve intensiteit (% vd hoofdpijk)	Max. toelaatbare marge (relatief)
> 50%	+/-10%
>20% tot 50%	+/-15%
>10% tot 20%	+/-20%
<10%	+/-50%

De identificatie van de interne standaard is eveneens gebaseerd op bovenstaande criteria. De geïdentificeerde pieken worden geïntegreerd met de software van het apparaat en manueel geverifieerd.

### 8.3 KALIBRATIE

De kwantitatieve bepaling van de pesticides gebeurt volgens de interne standaard-methode. Hierbij wordt elke component gekwantificeerd t.o.v. 13C-p,p'-DDE, die bij het begin van de extractie aan het monster werd toegevoegd. In geval 13C-p,p'-DDE geïnterfereerd is wordt 13C-PCB-101 gebruikt als interne standaard.

De kalibratie kan op 2 manieren gebeuren : aan de hand van een kalibratierechte of aan de hand van de gemiddelde relatieve responsfactor (RRF).

#### Kalibratierechte

Aan het begin van de analysereeks worden minimaal 4 kalibratie-oplossingen geanalyseerd met concentraties verspreid over het lineair gebied. Op de X-as en de Y-as worden de verhoudingen uitgezet van resp. de concentraties en de piekoppervlakten van de pesticides en de interne standaard. Vervolgens wordt dmv lineaire regressie de vergelijking van de kalibratierechte berekend. De correlatiecoëfficiënt dient groter te zijn dan 0.995 en de afwijking van elk punt tot de rechte mag niet meer dan 15% bedragen (25% voor het laagste punt indien de concentratie in de buurt van de bepalingsgrens ligt). Om een welbepaald aantal preparaten (max. 10) wordt een kalibratie-oplossing geïnjecteerd om de geldigheid van de kalibratierechte te controleren; deze standaard mag maximaal 15% afwijken van de rechte.

#### Gemiddelde RRF

De relatieve responsfactor (RRF) wordt bepaald met één kalibratieoplossing. Deze werkwijze kan gevolgd worden indien de RRFen binnen bepaalde grenzen constant zijn over het meetgebied. Hierbij wordt minstens aan het begin en op het einde van elke analysereeks, en verder om een welbepaald aantal preparaten (max. 10) een kalibratie-oplossing geïnjecteerd. De concentraties van de pesticides in deze kalibratieoplossing liggen ongeveer in het midden van het lineair gebied of zijn representatief voor de verwachte monsterconcentraties. De RRFen voor elke te bepalen component worden vervolgens bepaald uit de verhouding van de oppervlakten en concentraties van de native componenten en de interne standaard :

$$RRF_i = \frac{A_i \times C_{IS}}{A_{IS} \times C_i}$$

met

RRFi	=	relatieve responsfactor van het pesticide
Ai	=	piekoppervlakte van het pesticide bij injectie van de kalibratieoplossing
Ci	=	concentratie (in ng/μl) van het pesticide in de kalibratieoplossing
C <sub>IS</sub>	=	concentratie (in ng/μl) van de interne standaard in de kalibratieoplossing
A <sub>IS</sub>	=	piekoppervlakte van de interne standaard in van de kalibratieoplossing

De berekening van de concentraties in een staal gebeurt aan de hand van de gemiddelde RRF van de 2 kalibratieoplossingen waartussen het staal geïnjecteerd werd. De RRFen van de 2 kalibratieoplossingen mogen niet meer dan 10 % van dat gemiddelde afwijken.



#### 8.4 GEHALTE VAN DE PESTICIDEN IN HET WATERMONSTER

Met de kalibratierechte

De vergelijking van de kalibratierechte kan voorgesteld worden door  $Y = a \cdot X + b$ . De concentratie van een pesticide in het staal wordt dan berekend als volgt :

$$C = \left[ \frac{\left( \frac{A}{A_{IS}} \right) - b}{a} \right] \times \frac{g_{IS}}{V}$$

C = concentratie van het pesticide in het watermonster (ng/l)

A = piekoppervlakte van het pesticide in het monster

$A_{IS}$  = piekoppervlakte van de interne standaard in het monster

$g_{IS}$  = hoeveelheid interne standaard toegevoegd aan het monster (ng)

V = volume monsterinname waaraan de inwendige standaard toegevoegd werd (l)

Opmerking:

bij overschrijding van de bovenste grens van het werkgebied dient voor de bepaling van de betrokken pesticideverbinding het extract verdund te worden met hexaan en opnieuw gemeten.

#### Met de gemiddelde RRF

Gebruik makend van de geïntegreerde piekoppervlakten van de pesticiden en de overeenkomstige interne standaarden in het chromatogram van het monsterpreparaat en rekening houdend met de staalinname kan de concentratie van elk pesticide in het monster berekend worden. Onderstaande formule geeft de berekening weer :

$$C_i = \frac{A_i \times g_{IS}}{A_{IS} \times \langle RRF_i \rangle \times V}$$

met

$C_i$  = concentratie van het pesticide in het watermonster (ng/l)

$A_i$  = piekoppervlakte van het pesticide in het monster

$g_{IS}$  = hoeveelheid interne standaard toegevoegd aan het monster (ng)

$A_{IS}$  = piekoppervlakte van de interne standaard in het monster

$\langle RRF_i \rangle$  = gemiddelde RRF van het pesticide

V = het volume aan extractie onderworpen waterstaal (l)

## 9 KWALITEITSCONTROLE

### 9.1 RESPONSLINEARITEIT

Voor de werkwijze voor de bepaling van de lineariteit wordt verwezen naar de validatieprocedure van het CMA. Een controle van de lineariteit wordt uitgevoerd bij elke ernstige instrumentele ingreep. Indien niet aan lineariteit is voldaan mag overgeschakeld worden op een andere (bv. kwadratische) functie.

### 9.2 CHROMATOGRAFISCHE SCHEIDING

De kolomkwaliteit wordt geverifieerd aan de hand van de scheiding van een kritisch paar in het chromatogram van de kalibratie-oplossing. Het chromatografisch scheidingspercentage (hoogte vallei / hoogte laagste piek) dient kleiner te zijn dan een vooraf bepaalde limietwaarde (beide componenten dienen in ongeveer gelijke concentraties aanwezig te zijn in het kalibratiemengsel). Alternatief kan de kolomkwaliteit opgevolgd worden aan de hand van een voor een pesticidenpaar berekend scheidingsgetal.

### 9.3 INSTRUMENTELE DETECTIELIMIETEN

De instrumentele detectielimiet is een maat voor de gevoeligheid van het apparaat. Aan de hand van het chromatogram van de kalibratie-oplossing wordt voor elke pesticideverbinding de kleinste meetbare concentratie bepaald, gedefinieerd als:

$$DL(\text{instr}) = 3 \times RG \times \text{conc}/PH$$

met

- DL(instr) = de instrumentele detectielimiet ( $\mu\text{g/l}$ )  
RG = de "peak-to-peak" ruishoogte aan de voet van de chromatogrampiek van de pesticideverbinding  
PH = de piekhoogte van de pesticideverbinding  
C = concentratie van het pesticide in de kalibratieoplossing ( $\mu\text{g/l}$ )

De instrumentele detectielimieten moeten van die aard zijn dat zonder problemen de gevraagde rapporteergrenzen kunnen gehaald worden.

### 9.4 BEPALINGSGRENZEN

In bijlage 3 zijn typische bepalingsgrenzen weergegeven in grondwater, bekomen met een staalinname van 200 ml en gemeten met de toestelinstellingen in bijlage 1. De bepalingsgrens is hierbij gedefinieerd als de concentratie die overeenkomt met een chromatografische piek met een signaal/ruis-verhouding gelijk aan 6. Voor de meeste pesticiden ligt de bepalingsgrens lager dan 25 ng/l.

## 9.5 PROCEDUREBLANCO

Bij elke analysereeks wordt tenminste één procedureblanco geanalyseerd. Hierbij wordt de volledige analyseprocedure gevolgd, met inname van blanco water als monster.

M.b.t. de blancobijdrage worden volgende regels gehanteerd:

voor monsterwaarden groter dan 5 maal de rapporteergrens: de chromatogrammen dienen vrij te zijn van pieken in een concentratie groter dan 10%

voor monsterwaarden kleiner dan 5 maal de rapporteergrens: de chromatogrammen dienen vrij te zijn van pieken in een concentratie groter dan de helft van de rapporteergrens.

## 9.6 TERUGVINDING VAN DE INTERNE STANDAARD

De terugvinding van de interne standaarden wordt berekend aan de hand van de relatieve responsfactor (RRF) van de interne standaard t.o.v. de recoverystandaard. Deze RRF wordt berekend als volgt :

$$RRF_{is} = \frac{A_{is} \times C_{RS}}{A_{RS} \times C_{is}}$$

met

- RRF<sub>is</sub> = relatieve responsfactor van de interne standaard
- A<sub>is</sub> = piekoppervlakte van de interne standaard bij injectie van de kalibratieoplossing
- C<sub>is</sub> = concentratie (in ng/μl) van de interne standaard in de kalibratie-oplossing
- C<sub>RS</sub> = concentratie (in ng/μl) van de overeenkomstige recoverystandaard in de kalibratieoplossing
- A<sub>RS</sub> = piekoppervlakte van de overeenkomstige recoverystandaard bij injectie van de kalibratieoplossing

De terugvinding van de interne standaard wordt dan gegeven door :

$$R_{is} (\%) = \frac{A_{is} \times g_{RS}}{A_{RS} \times RRF_{is} \times g_{is}} \times 100$$

met

- R<sub>is</sub> = de terugvinding van de interne standaard in %
- RRF<sub>is</sub> = relatieve responsfactor van de interne standaard
- A<sub>is</sub> = de piekoppervlakte van de interne standaard in het staal
- A<sub>RS</sub> = piekoppervlakte van de overeenkomstige recoverystandaard in het staal
- g<sub>RS</sub> = hoeveelheid recoverystandaard toegevoegd aan het staaextract (ng)
- g<sub>is</sub> = hoeveelheid interne standaard toegevoegd aan het staal (ng)

Indien het monsterextract en de kalibratieoplossing theoretisch dezelfde concentratie aan interne standaard bevatten, kan een vereenvoudigde formule gebruikt worden :

$$R_{is} (\%) = \frac{A_{is} (monster)}{A_{RS} (monster)} \times \frac{A_{RS} (kalibratie)}{A_{is} (kalibratie)} \times 100$$

met

$R_{IS}$  = de terugvinding van de interne standaard in %

$A_{IS}$  = de piekoppervlakte van de interne standaard (resp. in het monster en in de kalibratieoplossing)

$A_{RS}$  = de piekoppervlakte van de recoverystandaard (resp. in het monster en in de kalibratieoplossing)

De terugvinding dient gelegen te zijn tussen 70% en 130%. Voor afvalwater dient de terugvinding tussen 50% en 130% te liggen.

Opm.: in geval van online-SPE is geen additie van recoverystandaard mogelijk; het terugvindingsrendement voor de inwendige standaard wordt dan berekend als verhouding van de gemeten oppervlakte voor het monster en voor de kalibratiestandaard

### 9.7 CONTROLEMONSTER

Om de terugvinding en de reproduceerbaarheid te controleren wordt op regelmatige basis een controlemonster geanalyseerd. Dit is bij voorkeur een gecertificeerd materiaal (indien beschikbaar), maar er mag ook gebruik gemaakt worden van een gedopeerd monster. De terugvindingen moeten gelegen zijn tussen 70% en 130%. Van minstens 3 pesticiden van verschillende families en verspreid over het ganse retentietijdsgebied worden de gehalten opgetekend in controlekaarten. De opgetekende waarden moeten voldoen aan de voor controlekaarten geldende criteria.

### 9.8 DUPLOBEPALING

Op regelmatige basis (bijvoorbeeld om de 15 stalen) wordt een monster in 2-voud opgewerkt en gemeten. De bekomen gehalten mogen niet meer dan 20% van mekaar afwijken.

## 10 VEILIGHEID

De scheikundige producten die bij deze analysemethode gebruikt worden, zijn ondergebracht bij de potentieel giftige en kankerverwekkende stoffen. Dit maakt het noodzakelijk de voorziene maatregelen in het laboratorium toe te passen om blootstelling aan of contact met deze producten tot een minimum te herleiden.

## 11 REFERENTIES

ISO 10695:2000, Water quality – determination of selected organic nitrogen and phosphorus compounds – Gas chromatographic methods

**BIJLAGE A: TYPISCHE PTV-GC-MS INSTELLINGEN**

## Autosampler instellingen

- injection volume            50 µl (hexaan)
- injection speed            5 µl/s
- pre inject delay            300 ms
- post inject delay            300 ms

## PTV-instellingen

- injection temperature    45 °C
- injection time            0.3 min
- injection pressure        10 kPa
- evaporation time        0.2 min
- evaporation pressure    10 kPa
- evaporation flow        50 ml/min
- transfer time            6 min
- transfer pressure        100 kPa
- transfer temperature    350 °C @ 5°C/s
- splitless time            3 min

## GC/MS-instellingen

- oventemperatuursprogramma :

initial	40 °C (4 min)
rate 1	15 °C/min
level 1	205 °C (0 min)
rate 2	5 °C/min
level 2	300 °C (0 min)

- MS source temperature    200 °C
- mass range                m/z 70 – m/z 380
- scan rate                 1000

**BIJLAGE B: TYPISCHE IONEN VOOR KWANTIFICERING EN CONFIRMATIE**

<b>Component</b>	<b>Retentietijd min.</b>	<b>Kwantificeringsion m/z</b>	<b>Confirmatie-ion m/z</b>
dichlorvos	11,88	109	185
mevinphos	13,66	127	192
2,3,5,6-TCNB	15,50	261	259
ethoprophos	15,51	158	200
trifluralin	15,66	306	264
desethylatrazine	15,85	172	187
desethylterbutylazine	15,98	186	188
demeton	16,39	88	170
alfa-HCH	16,48	219	217
hexachloorbenzeen	16,63	284	286
dimethoat	16,64	87	229
simazine	16,75	201	203
propazine	16,75	214	229
atrazine	16,76	200	215
terbufos	16,81	231	288
diazinon	16,84	179	304
terbutylazine	16,94	214	229
fonofos	17,06	109	246
gamma-HCH	17,16	219	217
PCNB	17,19	237	295
disulfoton	17,23	88	274
sebutylazine	17,60	200	202
beta-HCH	17,84	219	217
chlorpyrifos-methyl	18,25	286	288
prometryn	18,38	241	226
delta-HCH	18,42	219	217
Parathion-methyl	18,50	109	125
heptachloor	18,53	272	274
pirimiphos-methyl	18,59	290	305
terbutryn	18,73	241	226
malathion	18,90	173	125
fenitrothion	18,98	277	125
chlorpyrifos	19,29	314	316
aldrin	19,32	263	265
fenthion	19,35	278	280
parathion-ethyl	19,60	291	109
cyanazine	19,61	225	240
telodrin	19,69	311	313

## BIJLAGE B: VERVOLG

Component	Retentietijd min.	Kwantificeringsion m/z	Confirmatie-ion m/z
bromophos-methyl	19,86	331	329
isodrin	20,18	193	195
chlorfenvinphos	20,44	323	325
heptachloorepoxide	20,54	353	355
bromophos-ethyl	20,90	359	357
o,p'-DDE	21,12	246	248
methidathion	21,23	145	85
trans-chloordaan	21,47	373	375
cis-chloordaan	21,60	373	375
alfa-endosulfaan	21,67	239	241
p,p'-DDE	22,23	246	248
dieldrin	22,44	79	263
o,p'-DDD	22,49	235	237
endrin	23,12	263	265
o,p'-DDT	23,43	235	237
p,p'-DDD	23,86	235	237
beta-endosulfaan	24,02	239	241
triazophos	24,09	161	162
p,p'-DDT	24,83	235	237
hexazinon	25,16	171	128
endosulfansulfaat	25,34	272	274
p,p'-methoxychlor	26,46	227	228
azinhos-methyl	28,03	160	132
azinhos-ethyl	29,05	160	132
cumafos	30,40	362	364
13C-PCB-101	21,35	338	340
13C-p,p'-DDE	22,20	258	260

**BIJLAGE C: TYPISCHE BEPALINGSGRENZEN IN GRONDWATER (NG/L)**

<b>Komponent</b>	<b>LOQ (ng/l)</b>
dichlorvos	14
mevinphos	13
2,3,5,6-TCNB	14
ethoprophos	10
trifluralin	2
desethylatrazine	9
desethylterbutylazine	5
demeton	17
alfa-HCH	10
hexachloorbenzeen	4
dimethoat	23
simazine	10
propazine	6
atrazine	6
terbufos	7
diazinon	19
terbutylazine	12
fonofos	18
gamma-HCH	13
PCNB	21
disulfoton	13
sebutylazine	5
beta-HCH	10
chlorpyrifos-methyl	4
prometryn	18
delta-HCH	15
parathion-methyl	27
heptachloor	19
pirimiphos-methyl	7



## BIJLAGE C:VERVOLG

Komponent	LOQ (ng/l)
terbutryn	22
malathion	15
fentirothion	16
chlorpyrifos	6
aldrin	13
fenthion	10
parathion-ethyl	17
cyanazine	27
telodrin	13
bromophos-methyl	2
isodrin	56
chlorfenvinphos	13
heptachloorepoxide	4
bromophos-ethyl	11
o,p'-DDE	6
methidathion	15
trans-chloordaan	7
cis-chloordaan	7
alfa-endosulfaan	38
p,p'-DDE	11
dieldrin	23
o,p'-DDD	4
endrin	35
o,p'-DDT	8
p,p'-DDD	7
beta-endosulfaan	56
triazophos	25
p,p'-DDT	7
hexazinon	11
endosulfansulfaat	17
p,p'-methoxychlor	4
azinthos-methyl	9
azinthos-ethyl	10
cumafos	19