

## Elementen

## 1 PRINCIPE

Deze procedure vervangt de procedure CMA/2/IV/19 van april 2015.

Deze procedure is van toepassing voor alle matrixtypes.

De monsterconservering is beschreven in CMA/1/B en de monstervoorbehandeling in CMA/5/B.1.

Deze methode beschrijft een procedure voor de bepaling van elementen zoals As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, K, Mg, Mo, Ni, P, S, Pb, Sb, Se en Zn in materialen die als meststof/bodemverbeterend middel worden aangewend.

Voor de bepaling van elementen in vaste, pasteuze en vloeibare monsters met een droge stof gehalte > 2% worden de monsters ontsloten zoals beschreven in CMA/2/IV/6 punt 5.3 (voor de nutriënten P, Mg, K, Ca) en voor de zware metalen en nutriënten in punt 5.5 en punt 5.6.

Vloeibare monsters met een droge stof gehalte < 2% worden behandeld als een afvalwater en worden ontsloten zoals beschreven in WAC/III/B/002. **De parameters worden wel in dezelfde eenheid gerapporteerd als deze voor de vaste en pasteuze monsters, rekening houdend met een dichtheid van 1 kg/liter.**

De analysetechnieken die kunnen gebruikt worden voor de bepaling van de elementen in de destructievloeistof zijn beschreven in CMA/2/I/B.

## 2 RAPPORTERING

De resultaten voor de vaste, pasteuze en vloeibare monsters ~~met een droge stof gehalte > 2%~~ worden uitgedrukt op element basis in mg/kg ds (bij 105°C) met uitzondering van:

Parameter	Uitgedrukt als	Eenheid
P	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	gewichts% vers materiaal en kg/1000 kg vers materiaal
K	K <sub>2</sub> O	gewichts% vers materiaal
Ca	CaO	gewichts% vers materiaal
Mg	MgO	gewichts% vers materiaal
S	SO <sub>3</sub>	gewichts% vers materiaal

Voor de parameter P wordt het resultaat in beide eenheden vermeld op het analyseverslag.