





















Tabel 8: Relatieve intensiteiten van de ionen per component<sup>(\*)</sup>

Esters/Acrylaten / Interne standaard (volgorde van elueren uit analytische kolom <sup>(+)</sup> )	Ion 1 (m/z)	Ion 2 (m/z)	Ion 3 (m/z)	Rel. intens. 1 (ion 2/ion 1)	Rel. intens. 2 (ion 3/ion 1)	Rel. intens. 3 (ion 3/ion 2)
methylacetaat (1)	43	74	59	0.15	0.06	0.38
ethylacetaat (2)	43	61	70	0.12	0.11	0.86
n-butylacetaat (8)	56	73	61	0.33	0.3	0.9
iso-butylacetaat (7)	43	56	73	0.26	0.15	0.58
t-butylacetaat (4)	57	59	101	0.73	0.48	0.65
methylacrylaat (3)	55	85	58	0.18	0.09	0.52
ethylacrylaat (5)	55	99	73	0.08	0.07	0.93
methylmethacrylaat (6)	69	100	99	0.51	0.09	0.18

(\*) bron: MS NBS bibliotheek

(+) Rtx502.2 capillaire GC-kolom, in de praktijk worden de (relatieve) retentietijden van de componenten en de relatieve intensiteiten van de ionen experimenteel bepaald. Hiertoe worden calibratiestandaarden in analysereeksen met onbekende extractie-oplossingen geplaatst. Monsters en standaardoplossingen worden in identieke omstandigheden geanalyseerd.

#### 4.7 KWANTITATIEVE BEPALING

Indien gebruik wordt gemaakt van de interne standaardmethode, wordt de kwantitatieve bepaling uitgevoerd op basis van de geïntegreerde piekoppervlakken van het meest intense ion van de component dat interferentievrij is en een interferentievrij ion van de inwendige standaard.

In Tabel 9 zijn de relatieve responsfactoren van de respectievelijke esters en acrylaten weergegeven in functie van de concentratie (lineariteit).

Tabel 9: Relatieve responsfactoren i.f.v. de concentratie

Component	Relatieve responsfactoren					gemiddelde
	$\pm 0.1 \times \text{EGW}$	$\pm 0.5 \times \text{EGW}$	$\pm 1 \times \text{EGW}$	$\pm 2 \times \text{EGW}$	$\pm 3 \times \text{EGW}$	
methylacetaat	2.97	2.96	2.99	2.95	2.96	$2.97 \pm 0.02$
ethylacetaat	3.15	3.19	3.20	3.16	3.16	$3.17 \pm 0.02$
n-butylacetaat	1.61	1.66	1.67	1.65	1.65	$1.65 \pm 0.03$
iso-butylacetaat	3.97	4.08	4.13	4.09	4.08	$4.07 \pm 0.06$
t-butylacetaat	1.41	1.45	1.47	1.46	1.46	$1.45 \pm 0.03$
methylacrylaat	2.65	2.69	2.72	2.69	2.69	$2.69 \pm 0.03$
ethylacrylaat	3.06	3.16	3.21	3.19	3.19	$3.16 \pm 0.06$
methylmethacrylaat	1.58	1.62	1.64	1.61	1.61	$1.61 \pm 0.03$

Opmerkingen:

- de relatieve responsfactoren in Tabel 9 zijn berekend met de respons van het meest intense ion van de component (zie Tabel 8) en van de inwendige standaard;
- relatieve responsfactoren zijn toestelafhankelijk.

- Alternatief kan er ook een kwantificatie uitgevoerd worden met behulp van lineaire regressie zoals beschreven in **CEN/TS 13649**.
- Indien de bepaling wordt uitgevoerd met een niet component specifieke detector, gebeurt de bepaling aan de hand van de retentietijd en op basis van de oppervlakte van de desbetreffende chromatografische piek.

Het also bekomen resultaat wordt gecorrigeerd voor het desorptierendement.

## 5 BEREKENINGEN

### 5.1 KALIBRATIE MET RELATIEVE RESPONSFACTOREN

Als volgens de interne standaardmethode gewerkt wordt kan de kalibratie uitgevoerd worden aan de hand van relatieve responsfactoren (RRF).

$$RRF_x = \frac{A_x}{C_x} \cdot \frac{C_{IS}}{A_{IS}}$$

- met
- RRF<sub>x</sub> : relatieve responsfactor ester/acrylaat x
  - A<sub>x</sub> : piekoppervlakte 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> ion (m/z) van de ester/acrylaat x
  - C<sub>x</sub> : concentratie ester/acrylaat x in de standaardoplossing (µg/g)
  - C<sub>IS</sub> : concentratie inwendige standaard in de standaardoplossing (µg/g)
  - A<sub>IS</sub> : piekoppervlakte 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> ion (m/z) van de inwendige standaard

Hoeveelheid ester/acrylaat op actieve kool:

$$m_x = \frac{1}{RRF_x} \cdot \frac{A_x}{A_{IS}} \cdot \frac{m_{IS}}{D.E._x} \cdot 100$$

- met
- m<sub>x</sub> : massa component x op actieve kool (µg)
  - A<sub>x</sub> : piekoppervlakte 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> ion (m/z) van de component x
  - m<sub>IS</sub> : massa inwendige standaard in de standaardoplossing (µg)
  - A<sub>IS</sub> : piekoppervlakte 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> ion (m/z) van de inwendige standaard
  - D.E.<sub>x</sub> : desorptie - efficiëntie (%) ester/acrylaat x
  - RRF<sub>x</sub> : relatieve responsfactor ester/acrylaat x

### 5.2 KALIBRATIE MET KALIBRATIERECHTEN

In dit geval worden aan het begin van de analysereeks minimaal 5 kalibratie - oplossingen geanalyseerd met concentraties verspreid over het lineair gebied. De kalibratie moet uitgevoerd worden met lineaire regressie:

$$A_x = f_x \cdot m_x + b_x$$

- met
- A<sub>x</sub> : piekoppervlakte 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> ion (m/z) van de component x
  - m<sub>x</sub> : massa van de ester/acrylaat x in het geïnjecteerde extract
  - f<sub>x</sub> : richtingscoëfficiënt van de kalibratierechte
  - b<sub>x</sub> : intercept van de kalibratierechte

De massa van specifieke componenten in het staal kan dan bepaald worden aan de hand van de kalibratierechte. De zo bekomen massa dient nog wel gecorrigeerd te worden voor de desorptie - efficiëntie.

### 5.3 GEMETEN CONCENTRATIE IN EMISSIE

$$C_x = \frac{m_x}{V} \cdot \frac{1013,25}{p} \cdot \frac{T}{273,15} \cdot k$$

met	$C_x$	:	concentratie component x in emissie (matrix lucht) (mg/Nm <sup>3</sup> )
	$m_x$	:	massa component x op actieve kool (µg)
	V	:	monstervolume (l) (bij p en T)
	p	:	druk gemeten bij monstervolume (mbar)
	T	:	temperatuur gemeten bij monstervolume (°K)
	k	:	correctiefactor voor het vochtgehalte

Opmerking: normaalcondities zijn gerefereerd naar 1013,25 mbar; 273,15 °K; droog gas. Indien de bemonsterde gastroom droog was bij de bepaling van het volume (V); is de correctiefactor (k) gelijk aan 1.

## 6 REFERENTIES

Bilsen, I, De Fré, R. en Wevers, M., VITO (1996), Ontwikkeling van meetmethodieken voor de kwantificatie van vluchtige organische stoffen, p. 96-101.

**CEN/TS 13649: 2014, Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Sorptive sampling method followed by solvent extraction or thermal desorption**

Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC), LUC/0/005, Essentiële kwaliteitseisen voor emissiemetingen, <http://www.emis.vito.be/lne-erkenningen-lucht>

Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC), LUC/IV/000, Bemonstering van individuele vluchtige organische stoffen in een gasstroom, <http://www.emis.vito.be/lne-erkenningen-lucht>

Compendium voor monsterneming en analyse in het kader van het Materialendecreet en Bodemdecreet (CMA), CMA/6/A, Prestatiekenmerken, <http://www.emis.vito.be/referentielabo-ovam>

Compendium voor monsterneming en analyse in het kader van het Materialendecreet en Bodemdecreet (CMA), CMA/6/B, Meetonzekerheid, <http://www.emis.vito.be/referentielabo-ovam>

EPA, Emission measurement technical information center, Method 18: Measurement of Gaseous Organic Compound Emissions by Gas Chromatography [...].

Goelen, E., Lambrechts, M., Geyskens, F. en Rymen, T., VITO (April 1991), Een nieuwe techniek en vernieuwde infrastructuur voor het genereren en bemonsteren van werkplaatsatmosferen.