

LABS Ringtesten en technische proeven

Werkgroep 23/05/2025

Nico Bleux

LABS Ringtesten en technische proeven 2025

LABS Ringtesten op woensdag 24 september en donderdag 25 september 2025

- Standaard parameter pakketten
- Aangevuld met HF
 - (zie volgende slide)
- Opgelet:
kleine aanpassingen mogelijk!

Pakket (conform VLAREL)	Parameters	Distributiedatum
L.2	LABS 2025-2: bepaling van de fysische parameters in emissies	24/09/2025 en 25/09/2025
L.16.1.1	LABS 2025-3: stofweging	
L.16.1.2	LABS 2025-4: continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren	
L.16.1.3		
L.16.1.4		
L.16.2	LABS 2025-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters (O ₂ , CO, CO ₂ , SO ₂ , NO _x) in afgassen	
L.16.3.1		
L.3	LABS 2025-2: bepaling van de fysische parameters in emissies	24/09/2025 en 25/09/2025
	LABS 2025-3: stofweging	
	LABS 2025-5: bemonstering en analyse van de anorganische parameters (O ₂ , CO, CO ₂ , SO ₂ , NO_x) in afgassen	
L.5.15 L.16.1.6	LABS 2025-8: bemonstering en analyse van HF	24/09/2025
L.6	LABS 2025-1: identificatie en kwantitatieve bepaling van organische componenten in emissies	24/09/2025

Ringtest HF

- We beseffen dat:
 - De overgang naar een ander type wasflessen “niet de voorkeur is van iedereen”
 - De afwijking van het merendeel van de labo's (5 à 15 %) wat kleiner is dan
 - 20 % die we toelaten op de ringtest
 - 30% toetsing aan de EGW
 - => maar het gaat hier over een systematische afwijking in negatieve richting
 - PFA/PTFE/FEP zijn Forever Chemicals die we (Vlaanderen) graag zouden uitfaseren
 - => als er een gelijkwaardig en mens- en milieuvriendelijk alternatief voorhanden is
 - => maar dat we dit ook breder willen bekijken naar andere onderdelen van apparatuur
 - En we willen mee-nadenken over correctiefactoren, maar momenteel weten we niet hoe dit zit in reële omstandigheden
 - Conclusie: ringtest conform het nieuwe LUC
 - => toekomstige ontwikkelingen verder opvolgen (bv MetZeroPol)

Technische proeven die niet gelijktijdig met een toezichtsaudit doorgaan

L.5.3 L.16.1.10	monsterneming en analyse van chloor
L.7.4	monsterneming en analyse van methylnmethacrylaat
L.7.6	monsterneming en analyse van dimethylformamide
L.8.3	monsterneming en analyse van ethyleenoxide
L.10.1	monsterneming en analyse van formaldehyde
L.10.3	monsterneming en analyse van fenol
L.10.5	monsterneming en analyse van zwavelkoolstof
L.11.1	Bepaling van niet-geleide emissies Uitvoering van lekdetectieprogramma's (LDAR) en emissiebepaling
L.11.3	Bepaling van niet-geleide emissies Gebruik van Optical Gas Imaging bij lekdetectie (OGI)

VOC – week van 3 tot 7 November (= na de herfstvakantie) – exacte datums nog te prikken

LDAR en OGI: wordt geval per geval bekeken en afgesproken

Chloor is analyse van vloeistof – wordt meegegeven tijdens LABS2025 of in de week van 3/11 (jullie voorkeur?)